



Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie
internetowej prowadzonego zapytania
ofertowego)

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „**System dokumentacji i analizy żeli oraz membran umożliwiające detekcję chemiluminescencyjną oraz w świetle widzianym**”.

W dniu 15.03.2024r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy:

Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy, § 5, punkt 7

Zamawiający zapisał: „Jeżeli naprawa Urządzenia okaże się niemożliwa lub też naprawione Urządzenie nie będzie spełniało tych samych parametrów i/lub nie będzie zachowywało swoich wszystkich funkcjonalności, wówczas Wykonawca zobowiązany się do dostarczenia innego nowego Urządzenia o co najmniej takich samych parametrach (standardzie i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu takiego samego nowego Urządzenia lub innego o co najmniej takich samych parametrach (standardzie, funkcjonalności). W razie wymiany Urządzenia na nowy okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się dla wymienionego Urządzenia ponownie.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu by brzmiał: „Jeżeli naprawa Urządzenia okaże się niemożliwa lub też naprawione Urządzenie nie będzie spełniało tych samych parametrów i/lub nie będzie zachowywało swoich wszystkich funkcjonalności, wówczas Wykonawca zobowiązany się do dostarczenia innego nowego Urządzenia o co najmniej takich samych parametrach (standardzie i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu takiego samego nowego Urządzenia lub innego o co najmniej takich samych parametrach (standardzie, funkcjonalności). W razie wymiany Urządzenia na nowy okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się dla wymienionego Urządzenia ponownie.”? Prośbę naszą motywujemy tym, iż ewentualna wymiana sprzętu dokonywana jest w ramach raz udzielonej gwarancji. Dostarczenie sprzętu w ramach jednej gwarancji nie oznacza nabycia prawa następnej gwarancji. Obecny zapis kreuje ryzyko powstania „gwarancji wiecznej” oraz nabywania dodatkowych usług nie wliczonych w cenę oferty co rodzi także skutki podatkowo-skarbowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż **wyraża zgodę** na wprowadzenie proponowanej zmiany, poprzez wykreślenie zdania „W razie wymiany Urządzenia na nowy okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się dla wymienionego Urządzenia ponownie.”. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy § 5, punkt 7 w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego, tj.: we Wzorze umowy.

Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy, § 5, punkt 10

Zamawiający zapisał: „Wykonawca nie może uzależnić prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień przewidzianych niniejszą Umową (np. z tytułu gwarancji jakości i rękojmi) od zamawiania usług serwisowych i konserwacyjnych u usługodawcy wskazanego przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę, aby (ewentualne) przeglądy okresowe, serwis, konserwacja Urządzenia będącego przedmiotem niniejszej Umowy wykonywane

były przez podmioty wybrane przez Zamawiającego. Wykonawca po okresie gwarancji udostępni Zamawiającemu kody serwisowe, znieś ewentualne blokady serwisowe, które utrudniałyby Zamawiającemu po upływie gwarancji dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Urządzenia przez inny podmiot niż Wykonawca, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (jeżeli dotyczy).”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu by brzmiał: „Wykonawca nie może uzależniać prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień przewidzianych niniejszą Umową (np. z tytułu gwarancji jakości i rękojmi) od zamawiania usług serwisowych i konserwacyjnych u usługodawcy wskazanego przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę, aby (ewentualne) przeglądy okresowe, serwis, konserwacja Urządzenia będącego przedmiotem niniejszej Umowy wykonywane były przez podmioty wybrane przez Zamawiającego, pod warunkiem że podmioty te będą autoryzowanym serwisem producenta przedmiotu umowy. Wykonawca po okresie gwarancji udostępni Zamawiającemu kody serwisowe, znieś ewentualne blokady serwisowe, które utrudniałyby Zamawiającemu po upływie gwarancji dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Urządzenia przez inny podmiot niż Wykonawca, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (jeżeli dotyczy).” Prośbę naszą motywujemy tym, że przeglądy, konserwacja czy serwis dokonane przez nieautoryzowany przez producenta urządzenia serwis, powoduje bowiem przerwanie biegu gwarancji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż **nie wyraża zgody** na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie:

Dotyczy wzoru umowy, §5, punkt 12

Zamawiający zapisał: „W razie nieusunięcia usterek/awarii/wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie usterek/awarii/wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do odpowiednio ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu by brzmiał: „W razie nieusunięcia usterek/awarii/wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie usterek/awarii/wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do odpowiednio ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zlecenie zastępcze będzie wykonane przez autoryzowany przez producenta przedmiotu umowy serwis”. Prośbę naszą motywujemy tym, że przeglądy, konserwacja czy serwis dokonane przez nieautoryzowany przez producenta urządzenia serwis, powoduje bowiem przerwanie biegu gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż **nie wyraża zgody** na wprowadzenie proponowanej zmiany.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesunięciu ulega termin składania ofert.

Oferty należy składać **do 22.03.2024 r. do godz. 10:00**.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni
prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk