



IOZZ000.272.9.2023

Wrocław, dnia 23.03.2023 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem **sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych**

Zamawiający odpowiada na pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną w kolorze zielonym?

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza maskę chirurgiczną w kolorze zielonym.

Pytanie nr 2:

pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS ?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie dopuści fartucha z włókniny typu SMS.

Pytanie nr 3:

pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie dopuści fartucha z rękawem wszytym standardowo na prosto

Pytanie nr 4:

pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w kolorze niebieskim i/lub zielonym?

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w kolorze niebieskim i/lub zielonym.

Pytanie nr 5:

3, pozycja 11-12 - Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie dopuści kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²

Pytanie nr 5:

pozycja 11-12 - Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne ze spodniami wiązаныmi na troki?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie dopuści kompletów chirurgicznych ze spodniami wiązаныmi na troki.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni
Prof. dr hab. i. Adam Szewczuk