



ROAP0000.271.59.2020

Wrocław, dnia 03.08.2020 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Dostawa komory klimatycznej.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory klimatycznej o pojemności 990 litrów zamiast wymaganych 1000 litrów?”.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza komory o pojemności 990 litrów i podzemuje warunki zawarte w załączniku nr 1a do siwz.

Pytanie nr 2:

„Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory klimatycznej o prędkości zmian temperatury: grzanie 4.0 K/min oraz chłodzenie 3.5 K/min ?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż prędkość zmian temperatury musi mieścić się w zakresie:

Ogrzewanie: $5 \div 7^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Chłodzenie: $3 \div 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Dla zakresu $-70^{\circ}\text{C} \div 180^{\circ}\text{C}$

W-2 02 07 2020

Prorektor

ds. innowacji i współpracy z gospodarką

Prof. dr hab. Anna Cichońska-Soyta

Dyrektor

Biura Zamówień Publicznych i Umów

mgr Marcin Jakowski



UNIwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW

ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
tel. 071 320 54 96 • fax 071 320 53 86

e-mail: biuro.zampub@upwr.edu.pl • www.upwr.edu.pl